超音波画像診断装置仕様書

1. 品 名

超音波画像診断装置(泌尿器科)

2. 仕様

以下の機器Aまたは機器Bいずれかの機器を納品すること。

| 模 | 器 | メーカー名 | 品 名 | 型式 | 数量 |
|---|---|--------------|-----------|-----------------------------|----|
| | A | GE ヘルスケアジャパン | 超音波画像診断装置 | LOGIQ Totus 構成は別紙 1 のとおり | 1式 |

| 機 | 器 | メーカー | 品 名 | 型式 | 数量 |
|---|---|-------------|-----------|--|----|
| I | В | 富士フイルムメディカル | 超音波画像診断装置 | ARIETTA 650 DeepInsight SE 構成は別紙 2 のとおり | 1式 |

3. 設置、保守、その他

- (1) 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当職員と協議の上で落札者において施行すること。
- (2) 本調達に伴う撤去、搬入、据付、配線、配管及び運転調整 (オンライン接続等を含む) については、当院担当職員と事前協議の上で落札者において施行すること。
- (3) 機器の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。
- (4) 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であること。
- (5) 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- (6) 納入後1年間は、無償で保守作業を実施すること。
- (7) 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。
- (8) 導入機器の日本語版の取扱説明書を1部備えること。また、取扱説明書をPDFファイル 形式化したものも提供すること。
- (9) 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- (10) その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものと する。

【別紙1】

機器 A : LOGIQ Totus (GE ヘルスケアジャパン)

[構成内容]

| No | 品 名 | 規格 | 数量 |
|----|-------------------|-------------|----|
| 1 | 超音波画像診断装置本体 | LOGIQ Totus | 1 |
| 2 | リニア型プローブ | 9L-D | 1 |
| 3 | コンベックス型プローブ | C1-6-D | 1 |
| 4 | コンベックス型プローブ | C2-7-D | 1 |
| 5 | バーコードリーダー | | 1 |
| 6 | B-Flow | | 1 |
| 7 | 白黒デジタルデジタルビデオプリンタ | UP-D898DC | 1 |
| 8 | スタンダードバッテリー | | 1 |
| 9 | キーボード | | 1 |
| 10 | プローブマルチ穿刺ホルダ | C2-7 | 1 |
| 11 | 電子カルテ接続費用 | | 1 |

【別紙2】

機器 B : ARIETTA 650 DeepInsight SE(富士フイルムメディカル)

[構成内容]

| No | 品 名 | 規格 | 数量 |
|----|---------------------|---------------------------------|----|
| 1 | 超音波画像診断装置本体 | ARIETTA 650 DeepInsight SE | 1 |
| 2 | リニア型プローブ | 12-2MHz/38 mm (L442) | 1 |
| 3 | コンベックス型プローブ | $8-2MHz/50R/70^{\circ}$ (C35) | 1 |
| 4 | コンベックス型プローブ | $6-1 MHz/25 R/70^{\circ}$ (C23) | 1 |
| 5 | デジタルモノクロプリンタ | SSZ-X311 | 1 |
| 6 | 白黒プリンタ接続キット | PM-AR65-H001 | 1 |
| 7 | DICOM ネットワーク通信機器ソフト | SOP-ARIETTA650-10 | 1 |
| 8 | BXニードルガイド | 644-094(12 個入) | 1 |
| 9 | 電子カルテ接続費用 | _ | 1 |