

## 一般病棟用人工呼吸器仕様書

### 1. 品 名

一般病棟用人工呼吸器

### 2. 数量及び構成

一式

[構成内容]

No	メーカー	品 名	規 格	数量
1	アイエムアイ	elisa ベンチレータ 300 本体セット	17301010	4
2	アイエムアイ	elisa300/500 用カートセット	17321010	4
3	アイエムアイ	酸素ホース 5M (DISS・P 型)	15221010	4
4	アイエムアイ	サポートアーム (フリーストップ SL)	03103010	4
5	アイエムアイ	サポートアームブラケット 2 IMI	03101075	4
6	アイエムアイ	取付シャフト 50MM (フリーストップアーム SL)	03102020	4
7	アイエムアイ	ホースハンガー	02201104	4
8	アイエムアイ	医療施設用配線器具 MKI-4 (赤) 本体 3m ケーブル	03571520	4
9	アイエムアイ	給水ポール (曲) 0.7M IMI	05270010	4
10	アイエムアイ	呼気バルブセット elisa300/500	17321040	4
11	アイエムアイ	呼気フローセンサセット elisa300/500	17321030	4
12	アイエムアイ	900MR088 マウンティングブラケットレール (25 mm×10 mm)	05221260	4
13	フィリップスジャパン	(elisa300/500 用) IntelliBridge EC5 ID モジュール	865114	4
14	フィリップスジャパン	EC10 ドライバーインストール作業		1
15	フィリップスジャパン	トリロジー EVO O2_JP	JP2100X16B	2
16	フィリップスジャパン	トリロジー EVO ロールスタンド 111cm	1141765	2
17	フィリップスジャパン	回路 サポートアーム (フレキシブル 3 連)	FJBL-3020-L	2
18	フィリップスジャパン	ホースハンガー (プラスチック)	FJTG-301	2
19	フィリップスジャパン	延長ホース K- O2 (200190806)	1126485	2
20	フィリップスジャパン	ウォーターバックポール (ストレート)	1103439	2
21	フィリップスジャパン	トリロジーロールスタンド用酸素ボンベホルダ	1136105	2
22	フィリップスジャパン	(トリロジーEVO O2 用) IntelliBridge EC5 ID モジュール	865114	2
23	フィリップスジャパン	USB-DB9 接続ケーブル	1127405	2
24	フィッシャー&バイケルヘルスケア	加温加湿器 MR850	MR850GJU	4
25	フィッシャー&バイケルヘルスケア	加温加湿器 820	820GJP	2

### 3. 設置、保守、その他

- (1) 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当職員と協議の上で落札者において施行すること。
- (2) 本調達に伴う撤去、搬入、据付、配線、配管及び運転調整（オンライン接続等を含む）については、当院担当職員と事前協議の上で落札者において施行すること。
- (3) 機器の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。
- (4) 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であること。
- (5) 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- (6) 納入後1年間は、無償で保守作業を実施すること。
- (7) 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定すること。
- (8) 導入機器の日本語版の取扱説明書を1部備えること。また、取扱説明書をPDFファイル形式化したものも提供すること。
- (9) 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- (10) その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。